

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник.

1.1. Найменування: ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична лікарня"

1.2. Код за ЄДРПОУ: 43288841

1.3. Місцезнаходження: 58005, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Мусоргського Модеста, буд. 2

2. Назва предмета закупівлі зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти та квідрозподілі повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назв відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК 021:2015 - 33120000-7 «Система реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» (Комплекс електроенцефалографічний комп'ютерний з режимом довготривалого відеомоніторингу, НК 024:2023 - 11467 - Електроенцефалограф)

3. Вид процедури закупівлі: відкриті торги (з особливостями)

4. Ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2023-10-04-010726-a

5. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 342 000,00 грн. (триста сорок дві тисячі гривень 00 копійок) з ПДВ. Очікувана вартість предмету закупівлі визначена на основі комерційних пропозицій, наданих суб'єктами господарювання та аналізу інформації, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі в електронній системі закупівель "Prozorro" у відповідності до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України 18.02.2020 № 275.

6. Розмір бюджетного призначення: 342 000,00 грн. з ПДВ за рахунок коштів НСЗУ.

7. Обґрунтування технічних, якісних характеристик. В зв'язку з тим, що за останні роки значно збільшилась кількість досліджень, які проводяться в КФД, а особливо за період військових дій є необхідність здійснити закупівлю електроенцефалографу. Апарат ЕЕГ – проводиться запис електричних потенціалів кори головного мозку для виявлення патологічних змін у слідуючій групі хворих:

- Стан та наслідки перенесеної ЗЧМТ
- Наслідки перенесеної МВТ
- Епілепсія та судомні напади
- Органічні та дегенеративні ураження ЦНС
- Експертиза підлітків призовного віку та пацієнтів, що направляють на МСЕК

Технічні та якісні характеристики визначені у Додатку 2 тендерної документації (опубліковано в електронній системі закупівель «Prozorro»).

При визначенні технічних, якісних характеристик предмета закупівлі було враховано вимоги постанови КМУ від 02.10.2013 № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».

Уповноважена особа



Ірина СКИЦЬКО